

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:

„Zakup wraz z dostawą defibrylatora AED na potrzeby gminy Radecznica”

1. Opis przedmiotu zamówienia/parametry techniczne, wyposażenie:

- 1) zautomatyzowany zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i w trybie pediatrycznym,
- 2) waga urządzenia do 3,5 kg,
- 3) prowadzenie użytkownika w czasie korzystania z urządzenia przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim,
- 4) defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub wizualne informujące o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia, o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych i ewentualnych zakłóceniach,
- 5) defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie) informujące o gotowości urządzenia do pracy, technicznej sprawności urządzenia lub jej braku,
- 6) defibrylator powinien być wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym **2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci**,
- 7) defibrylator powinien posiadać możliwość przechowywania z podłączonymi elektrodami,
- 8) defibrylator powinien posiadać algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacyjnej,
- 9) możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC,
- 10) możliwość rejestrowania dokładnego czasu włączenia urządzenia, zalecenia wykonania defibrylacji, informacja o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. danych.
- 11) oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows,
- 12) defibrylator wyposażony w baterię nieładowalną o okresie żywotności min. 4 lata,
- 13) bateria zapewniająca nie mniej niż **300 wyładowań** zalecanej max. energii dla dorosłych zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC,
- 14) urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE,

- 15) musi posiadać certyfikat zgodności PN-EN 60601,
- 16) musi posiadać certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55.

2. Warunki umowne

- 1) Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez zamawiającego – **Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznicza;**
- 2) Realizacja – 21 dni od dnia podpisania umowy;
- 3) Płatność – do 30 dni od dnia podpisania protokołu;
- 4) Gwarancja min. 5 lat;
- 5) Instrukcja obsługi i gwarancja w języku polskim.

Starszy Referent
ds. kadr i ds. obronnych, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego
/-/ Magdalena Boguszewska